研 修 用 実 習 医 療 機 材 等

仕　様　書

近江八幡市立総合医療センター

1. 技術要件の概要

(1) 本調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術要件」という。）は別紙に示すとおりである。

2. その他（仕様に関する留意事項）

(1) 入札機器のうち薬事法に基づく製造承認が必要な医療用具に関しては入札時点でその承認を得ている物品であり、入札機器メーカーが所有するなかで最新のモデルシリーズもしくはバージョンにて提案すること。

（要求用件）

※1　別紙リストに定める機種にて提案を行うこと。
※2　リスト内の機種で搬入、据付、配線、配管、調整等の費用がかかる場合、同費用も含めること。

（その他の要件）

1　搬入・設置条件について以下の要件を満たすこと。
1-1　機器の搬入、据付、および試運転調整を行うこと。
1-2　本装置は当院が整備した、配置スペース、電気、給排水、換気、空調等の諸条件に対し、機能可能であること。ただし、やむを得ず当院の整備した施設に改造が必要な場合は、現地確認の上、納入業者の負担で行うこと。
1-3　装置の現場内設置から使用開始までの養生管理、またはそれに伴う保険等は納入業者側の負担で行うこと。
1-4　落札から納入までの間に装置の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合は、当院と協議の上、最新の仕様にて引き渡すこと。
1-5　当院関連諸室に搬入・設置を行うこと。
1-6　その他、工事関連については、以下の要件を満たしていること。
1-6-1　当院が既存機器の撤去を要求する場合、その旨に応じること。
1-6-2　既存機器の廃棄は、当院からの下取りという形で当入札に廃棄費用・マニュフェスト作成費用を含むこと。また、当院が必用とした場合は、廃棄した機器のマニュフェスト（写し）等を提出のこと。

2　保守体制および保証期間について以下の要件を満たすこと。
2-1　通常の使用で発生した故障の修理及び定期点検を実施できる保守体制があること。
2-2　通常の業務時間において、障害連絡があった場合速やかに対応できる体制が整っていること。
2-3　機器導入後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償メンテナンス保証に応じることが可能であること。

3　その他、以下の要件を満たすこと。
3-1　取扱説明書を１部用意すること。
3-2　設置、稼動に際し、担当者への教育訓練を行うこと。

研修用実習医療機材等　発注仕様書　　＜別紙リスト＞

1）品名・品番・数量等　　下記「一覧表」に記載のとおり

2）納入場所　　近江八幡市立総合医療センター研修棟　2階研修室

3）納入期限　　平成26年3月31日（月）まで

4）その他　　・製品機種で搬入、据付、調整等の費用がかかる場合、同費用も含めること。

・同等品については、性能・機能において、同等品以上の物品を可とするが、事前に機種の審査を受けること。
その場合、同等品規格確認票と条件をクリアしていることが確認できるカタログ等を提出すること。

・同等品以上の機種の見積書には、同等品規格確認票を添付すること。

・機器の取扱説明を行うこと。

●ALSｼﾐｭﾚｰﾀｰ　SimPad

製造販売者　ﾚｰﾙﾀﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
205-05050	ALSｼﾐｭﾚｰﾀ	4 台
200-30005	SimPadｼｽﾃﾑ	4 台
200-30001PP	SimPadﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｼｽﾃﾑ	4 台
200-09205	SimPad患者ﾓﾆﾀ	4 台
220-09901	小型ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ	4 台
205-10550	Airﾁｭｰﾌﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ(ALS)	4 台
1005146	ﾀﾞﾌﾞﾙﾙｰﾒﾝﾁｭｰﾌﾞ40ﾌｨｰﾄ	4 台
381655	ﾊｰﾄﾞｹｰｽ（ﾏﾈｷﾝ用）	4 台

●小児ｼﾐｭﾚｰﾀ

製造販売者　ﾚｰﾙﾀﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
220-25050	ﾆｭｰﾎﾞｰﾝｱﾝ	4 台

製造販売者　ｴﾑ・ﾋﾟｰ・ｱｲ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
10-55357	ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ・ｲﾝﾗｲﾝ・ﾏﾉﾒｰﾀｰ(右)　10個入り	4 箱
10-55807	ﾊｲﾊﾟｰｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ蘇生ﾊﾞｯｸ　MPI　T-ﾋﾟｰｽ　1ﾘｯﾄﾙ呼吸ﾊﾞｯｸﾞ、乳児用ﾏｽｸ、10ﾌｨｰﾄ酸素ﾁｭｰﾌﾞ付　10個入り	1 箱

日本周産期・新生児医学会　新生児蘇生法普及事業講習機材

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
	ｲｰｾﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞ（軽量・ｺﾝﾊﾟｸﾄ折畳式）	4 台
	講習機材ﾎﾟｼｪｯﾄ（収納袋）	4 個

製造販売者　3M

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
2114	ﾘｯﾄﾏﾝ ｸﾗｼｯｸⅡ ｽﾃﾝﾚｽｽｺｰﾌﾟ （新生児用） ﾌﾞﾗｯｸ	4 本

製造販売者　ｳｪﾙﾁｱﾚﾝ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
68065	WA喉頭鏡ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾐﾗｰ型 #00 36mm	4 個
68060	WA喉頭鏡ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾐﾗｰ型 #0 53mm	4 個
68061	WA喉頭鏡ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾐﾗｰ型 #1 80mm	4 個
60813	WA喉頭鏡ﾊﾝﾄﾞﾙ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	4 個

製造販売者　ｱﾄﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
23861	ﾚｻｼﾌﾛｰ ﾎﾟｰﾙ取付式	4 台

●気道管理ﾄﾚｰﾅｰ

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
11392-000	DAMｼﾐｭﾚｰﾀ ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ	2 台

●硬膜外麻酔ｼﾐｭﾚｰﾀ

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
11382-000	硬膜外麻酔ｼﾐｭﾚｰﾀ 胸椎・腰椎穿刺ﾓﾃﾞﾙ	1 台

●中心静脈確保

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
11347-300	CVC穿刺挿入ｼﾐｭﾚｰﾀⅡ 国内仕様ﾌﾙｾｯﾄ	2 台

●外科基本手技（縫合手技）

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
11230-100	縫合手技評価ｼﾐｭﾚｰﾀ ﾊﾟｿｺﾝ付	4 台
	追加消耗品 （縫合用皮膚40枚ｾｯﾄ×4）	4 ｾｯﾄ
11219-100	縫合手技ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾙｾｯﾄ	4 台
11362-700	皮膚小外科実習ｷｯﾄ（ｹｰｽ入）	4 台

●内視鏡手術ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀ

製造販売者　ｶﾞﾃﾞﾘｳｽ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
IS906	内視鏡手術ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀ　ｱｲ･ｼﾑ　基本ｼｽﾃﾑ	1 台
IS903	ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾄﾛﾘｰ（専用ｶｰﾄ）	1 台
IS902	ﾍﾞｰｼｯｸｽｷﾙｽｾｯﾄ	1 ｾｯﾄ
IS921	ｽｰﾁｬｰﾊﾟｯﾄﾞｾｯﾄ　10枚入×1	1 ｾｯﾄ
IS922	ﾃﾞｨｾｸｼｮﾝﾊﾟｯﾄﾞ　6枚入×4	1 ｾｯﾄ

●心臓病診察ｼﾐｭﾚｰﾀ

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
11389-000	心臓病診察ｼﾐｭﾚｰﾀ　ｲﾁﾛｰⅡ	1 台

●腹部超音波ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

製造販売者　京都科学

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
41900-000	US1超音波診断ﾌｧﾝﾄﾑ上腹部ﾓﾃﾞﾙ　ECHOZY-模型付S	1 台

●心臓・腹部超音波検査ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾐｭﾚｰﾀ

製造販売者　ｶﾞﾃﾞﾘｳｽ・ﾒﾃﾞｨｶﾙ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
235K800000	ﾊﾞｲﾒﾃﾞｨｯｸｽ基本ｼｽﾃﾑ　経胸壁心エコー（TTE）基本ｼｽﾃﾑ	1 式
147K801000	追加ｼｽﾃﾑｵﾌﾟｼｮﾝ　経食道心エコー（TEE）追加ｼｽﾃﾑ	1 式
881K802000	追加ｼｽﾃﾑｵﾌﾟｼｮﾝ　腹部超音波検査追加ｼｽﾃﾑ	1 式
881K800500	追加症例ﾊﾟｯｹｰｼﾞｵﾌﾟｼｮﾝ　ｶｰﾃﾞｨｱｯｸ　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ1	1 式
881K801100	追加症例ﾊﾟｯｹｰｼﾞｵﾌﾟｼｮﾝ　ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙ　ﾊﾟｯｹｰｼﾞ1	1 式

●ﾏｲｸﾛ血管吻合練習用実体顕微鏡

製造販売者　ﾗｲｶﾏｲｸﾛｼｽﾃﾑｽﾞ㈱

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
S6E-LED300-MMI	ﾏｲｸﾛ吻合練習用実体顕微鏡	1 台
030-163-02	血管吻合練習ｶｰﾄﾞ（MPｶｰﾄﾞ）　1.0mm　3枚入り	3 袋
030-163-06	血管吻合練習ｶｰﾄﾞ（MPｶｰﾄﾞ）　0.7mm　3枚入り	3 袋
C26-004-01	練習用ﾏｲｸﾛ針付縫合糸　10-0　20cm黒ﾅｲﾛﾝﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ　12本入り	10 箱

●心臓ｼﾐｭﾚｰﾀｰ生体ﾓﾃﾞﾙ

製造販売者　ｸﾛｽｴﾌｪｸﾄ

ｶﾀﾛｸﾞ番号	製品名	数量
XC-03T	Cardio Model E.V.　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ　赤着色	1 個
XC-04T	Cardio Model E.V.　ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾓﾃﾞﾙ　透明色	1 個